



MODE D'EMPLOI

Hybrid Recon

Version 5.0.0





Developed by



Nom du document : P21-027 Mode d'emploi Hybrid Recon 5.0.0 Rev.3_FR **Date de révision :** 04/30/2025

Ces mode d'emploi informe l'utilisateur de l'utilisation prévue du logiciel, de son utilisation appropriée et de toutes précautions qui doivent être prises, incluant l'information générale du produit et l'information nécessaire pour identifier l'appareil et son manufacturier.

Toutes informations pertinentes pour l'utilisateur concernant la sécurité et la performance sont décrites dans ce document et les risques résiduels y sont décrits. Veuillez étudier ce manuel soigneusement avant d'utiliser ce logiciel.

Ceci est un document électronique dont une copie peut être téléchargée à partir de www.hermesmedical.com/ifu. Des copies imprimées des instructions pour l'utilisation, des exigences de l'environnement système et des notes de version sont disponibles gratuitement à la demande (autant de copies que le nombre de licences achetées).

Ce document contient des AVERTISSEMENTS concernant l'utilisation sécuritaire du produit. Ceuxci doivent être suivis.



Ceci est le signe général d'avertissement.

NOTE : Une note donne de l'information additionnelle pour savoir, par exemple, les choses à considérer lors de l'exécution de certaine procédure.

Le mode d'emploi et le logiciel lui-même sont protégés par des droits d'auteur et tous les droits sont réservés par Hermes Medical Solutions. Ni le logiciel, ni le manuel ne peuvent être copiés ou de tout autre manière reproduit sans le consentement préalable écrit par Hermes Medical Solutions, qui se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations au logiciel et au manuel à tout moment.

Hermes Medical Solutions*, HERMIA*, le logo* HERMIA et SUV SPECT* sont des marques déposées de Hermes Medical Solutions AB.

Les marques tierces utilisées ici sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, qui ne sont pas affiliés avec Hermes Medical Solutions.

* Sous réserve d'inscription dans certains marchés.

Table des matières

1	INT	RODUCTION	3
	1.1 1.2 1.3	Notes générales Information règlementaire Documentation associée	3
2	INF	ORMATION SUR LE PRODUIT	4
	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 <i>2.8.1</i>	OBJECTIF PRÉVU POPULATION DE PATIENT ET CONDITIONS MÉDICALES PRÉVUS CONTRE-INDICATIONS ÉTIQUETTE DU PRODUIT DURÉE DE VIE DU PRODUIT PLAINTES ET INCIDENTS SÉRIEUX MATÉRIEL ET SYSTÈME D'EXPLOITATION INSTALLATION Avertissements	4 4 4 5 6 6
3	INF	ORMATION SUR LA SÉCURITÉ ET LA PERFORMANCE	7
	3.1 3.2 <i>3.2.1</i> <i>3.2.2</i> <i>3.2.3</i> <i>3.2.4</i> 3.3 3.4 3.5	LANCEMENT DÉMARRAGE RAPIDE I Flux de travail - Oncology I Flux de travail - Neurology I Flux de travail - Lung I Flux de travail - Lung INTERFACE	777543455
4			5
	ASS	SISTANCE	8
	ASS 4.1 4.2 4.3	GISTANCE	8 8 8 8
5	ASS 4.1 4.2 4.3 ANN	GISTANCE 4 COORDONNÉES DU FABRIQUANT 4 REPRÉSENTANTS 4 FILIALES 4 NEXE 1 – CONTENU REQUIS POUR LA FORMATION DES UTILISATEURS 4	.8 .8 .8 .8 .8 .8

1.1 Notes générales

La modification de ce produit n'est pas permise et peut engendrer des risques.

Seul le personnel de service formé par un distributeur autorisé ou par Hermes Medical Solutions peut effectuer l'installation, la configuration et le service de ce produit.

Tous les utilisateurs doivent être formés, par un employé d'un revendeur agréé ou par Hermes Medical Solutions, sur les fonctionnalités de base du logiciel avant son utilisation. Voir la liste des fonctionnalités de base dans l'*Annexe 1 – Contenu requis pour la formation des utilisateurs*.

Les protocoles, scripts et programmes fournis par l'utilisateur ne sont pas validés ni garantis par Hermes Medical Solutions. La personne utilisant de tels programmes est seule responsable des résultats obtenus.

Hermes Medical Solutions ne prend aucune responsabilité quant à la perte de données.

Les utilisateurs du logiciel sont seuls responsables de son utilisation et des décisions qui en résultent en ce qui concerne le traitement de patients par thérapie radioactive ou les mesures de radioprotection. Hermes Medical Solutions ne prend aucune responsabilité quant aux résultats et diagnostics issus de l'utilisation du programme décrit ici ou d'information contenu dans ce manuel.

1.2 Information règlementaire

Europe - Ce produit est conforme avec le règlement sur les appareils médicaux : Medical Device Regulation (MDR) 2017/745. Une copie de la déclaration de conformité correspondante est disponible sur demande.

Numéro SRN européen

Le numéro d'enregistrement unique (SRN) = SE·MF·000023032 a été délivré à Hermes Medical Solutions, tel que requis par le règlement sEU MDR – Regulation (EU) 2017/745.

Canada - L'identifiant de l'appareil, tel que défini par Santé Canada, correspond aux deux premiers chiffres du numéro de version.

1.3 Documentation associée

- P21-050 Notes de mise à jour 5.0.0 Rev.3
- PC-007 Exigences de l'environnement système, la révision applicable est disponible sur <u>www.hermesmedical.com/ifu.</u>

Le guide d'utilisateur, destiné à assister l'utilisateur dans l'utilisation du logiciel, est disponible à partir de la fonction *Help* dans le logiciel lui-même.

2 INFORMATION SUR LE PRODUIT

2.1 Objectif prévu

Utilisation prévue

Hybrid Recon est un logiciel d'application pour la médecine nucléaire. Basé sur l'entrée par l'utilisateur, Hybrid Recon reconstruit les études d'acquisition d'imagerie de médecine nucléaire. Les résultats peuvent être archivés pour une analyse future. Le logiciel d'application peut être configuré basé sur les besoins de l'utilisateur. Hybrid Recon peut également optionnellement être utilisé pour évaluer la qualité des études acquises et effectuer la correction de mouvement lorsque c'est nécessaire, ainsi que produire des études reconstruites quantitatives SUV (*Standardized Uptake Value* ou Valeur de captation standardisée).

Utilisateur prévu

Les utilisateurs prévus de Hybrid Recon sont des professionnels médicaux formés dans l'utilisation du système.

2.2 Population de patient et conditions médicales prévus

Les patients de tout âge et de tout genre subissant des investigations d'imagerie moléculaire.

L'indication médicale prévue est n'importe quelle condition médicale pour laquelle une imagerie de médecine nucléaire est effectuée.

2.3 Contre-indications

Il n'y a pas de contre-indications.

2.4 Étiquette du produit

Le numéro de version, le numéro d'identification unique (UDI) et d'autres données à propos du logiciel Hybrid Recon 5.0 installé peuvent être trouvés en cliquant sur le logo de Hermes Medical Solutions dans le haut à gauche de l'application.

L'information suivante peut être identifiée :

Nom du produit = Hybrid Recon Version = 5.0.0 Nom commercial = Reconstruction Hermia SPECT Numéro de construction du logiciel = 193



Sous prescription seulement – appareil restreint à une utilisation par ou sur l'ordre d'un médecin.



Date de fabrication (YYYY-MM-DD)



Numéro d'identification unique de l'appareil



Indique que le produit est un appareil médical

Marque CE et numéro d'organisme notifié

×

Consulter les instructions pour l'utilisation (IFU)
 L'adresse courriel du support
 Coordonnées du fabriquant

CH REP Représentant autorisé suisse

🗄 About this application

Product name: Hybrid Recon

Release version: 5.0.0 Marketing name: Hermia SPECT Reconstruction Software build no: 193	C E 2862
R _x only 2023-12-20	MD Medical device
UDI (01)00859873006196(8012)005000000	eIFU indicator
	support@hermesmedical.com a Canada: support.ca@hermesmedical.com USA: support.us@hermesmedical.com
HERMES MEDICAL SOLUTIONS HERMES Medical Solutions AB Strandbergsgatan 16 112 51 Stockholm SWEDEN	CH REP CMI-experts, Grellinger Str. 40, 4052 Basel, Switzerland
	ОК

2.5 Durée de vie du produit

La durée de vie de Hybrid Recon 5.0 est de 5 ans.

La durée de vie de 5 ans débute lorsque Hybrid Recon 5.0.0 a été fabriqué (5 ans à partir de la date de fabrication de 5.0.0). De possibles correctifs pour Hybrid Recon 5.0 auront de nouvelles dates de fabrication, mais la durée de vie ne redémarrera pas à partir de ces dates.

Durant la durée de vie énoncée, Hermes Medical Solutions maintiendra la sécurité et la performance de Hybrid Recon 5.0. Les correctifs seront fournis lorsque nécessaire pour maintenir la sécurité et la performance du produit.

2.6 Plaintes et incidents sérieux

Rapporter tout incident et erreur à notre support, voir la section Assistance.

Tout incident sérieux qui s'est produit en lien avec l'appareil doit être rapporté au fabriquant.

Tout dépendant des règlementations applicables, les incidents peuvent avoir besoin d'être rapportés aux autorités nationales. Pour l'Union Européenne, les incidents sérieux doivent être rapportés à l'autorité compétente de l'état membre de l'Union Européenne dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Hermes Medical Solutions accepte volontiers les commentaires des lecteurs de ce manuel. S'il vous plaît, veuillez nous signaler toutes erreurs de contenu et de typographie, ainsi que les suggestions d'amélioration à notre support, voir la section *Assistance*.

2.7 Matériel et système d'exploitation

Pour les exigences générales, voir le document PC-007 System Environment Requirements.

Les exigences supplémentaires pour Hybrid Recon 5.0.0 sont listés ci-dessous : Serveur d'application : MS Windows 2016 Carte graphique : NVIDIA RTX4000 Version du pilote Nvidia : 474.14

Seules les applications approuvées par Hermes Medical Solutions doivent être installées sur l'ordinateur sur lequel le logiciel Hermes Medical Solutions est prévu être utilisé. L'utilisation d'autres applications peut entraîner une diminution des performances et, dans le pire des cas, des données de résultats incorrectes.

2.8 Installation

L'installation doit respecter les exigences applicables telles que, mais sans s'y limiter, les exigences système, la configuration et la licence.

2.8.1 Avertissements



Modification of the product is not allowed and may result in hazardous situations. *La modification de ce produit n'est pas permise et peut engendrer des risques.*



Only properly trained service personnel by an authorized dealer or by Hermes Medical Solutions, shall perform installations, and service of this product. Seul le personnel de service formé par un revendeur autorisé ou par Hermes Medical Solutions peut effectuer l'installation et le service de ce produit.



User provided protocols, scripts and programs are not validated nor warranted by Hermes Medical Solutions. The party using such programs is solely responsible for the results

Les protocoles, scripts et programmes fournis par l'utilisateur ne sont pas validés ni garantis par Hermes Medical Solutions. L'utilisateur utilisant de tels programmes est seul responsable des résultats.



No other, than Hermes Medical Solutions approved, applications shall be installed on the computer device for which Hermes Medical Solutions applications are intended to be used. Use of other applications may result in impaired performance and, in the worst case, incorrect output data.

Aucune autre application que celles approuvées par Hermes Medical Solutions ne doit être installée sur l'ordinateur sur lequel les applications de Hermes Medical Solutions sont prévues d'être utilisées. L'utilisation d'autres applications peut altérer la performance et, dans le pire des cas, des données incorrectes.

7 (52)

3 INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ ET LA PERFORMANCE

Aucune précaution n'est requise par le fabriquant.

3.1 Lancement

Sélectionner la donnée SPECT (ou SPECT à lits multiples) et lancer une application Hybrid Recon.

Si une donnée CT est disponible, sélectionner la donnée CT et SPECT (ou SPECT à lits multiples) et lancer l'application Hybrid Recon.

3.2 Démarrage rapide

3.2.1 Flux de travail - Oncology

3.2.1.1 Page de reconstruction

Dans l'onglet *Recon*, vous pouvez choisir le protocole de reconstruction en utilisant le menu déroulant du côté droit du protocole de reconstruction *Primary*. Il est possible d'effectuer des reconstructions supplémentaires pour la même étude, en activant les boutons *Secondary* et *Tertiary*. Vous pouvez choisir le protocole de reconstruction de la reconstruction supplémentaire en utilisant le menu déroulant à côté des protocoles de reconstruction *secondary* et *tertiary*.

Recon	Мос	0	Noise				
Study 1	Study 1						
Primary:		on	co_rec_d	efault		\sim	Show
Seconda	ry:	on	co_nac_n	ec_de	fault	\sim	Show
Tertiary:		on	co_nac_r	ec_de	fault	\sim	Show
○ Secondary ○ Tertiary							
Study 2							
Primary:		on	co_nac_n	ec_de	fault	\sim	Show
\bigcirc Link reconstruction limits with Study 1							
Perform reconstructions							

Sur l'image de la cinématique, glisser les lignes horizontales vers le haut et le bas changera la taille du champ de reconstruction.



Le ciné des projections SPECT peut être démarré, arrêté, avancé vers l'avant, l'arrière, ou reculé en utilisant les boutons *Play, Stop,* etc. Vous pouvez évaluer le mouvement dans les projections en vous référant aux images du sinogramme et du linogramme.



L'onglet *Moco* vous permet d'effectuer une correction de mouvement de l'étude SPECT. Trois types de correction de mouvement sont disponibles : *Auto (y-only), Auto (x and y)* et *Man.* Avec les boutons, vous pouvez changer le type de correction de mouvement.



La section *Auto* sera disponible si le type de correction de mouvement automatique est sélectionné. Le bouton *Start* vous permet d'effectuer une correction de mouvement automatique. Le bouton *Undo* restore les projections originales. Le bouton *Show* vous permet d'afficher la fenêtre *MoCo*. Lorsque aucune correction de mouvement n'a été appliquée, ce bouton est grisé.

Auto	
Iterations:	3 🔹
X-shift limit [cm]:	0.50 ÷
Y-shift limit [cm]:	0.10 🜩
Start Undo	Show

Appuyer sur le bouton *Start* pour démarrer la correction de mouvement automatique. Une fenêtre *HybridRecon-MoCo* apparaîtra lorsque la correction de mouvement est terminée. Une représentation visuelle des changements faits pour la correction de mouvement à la projection MoCo sera montrée dans cette fenêtre. Vous pouvez comparer les projections SPECT originales aux projections SPECT MoCo en utilisant les boutons.

Le bouton *Screen Capture* vous permet de sauvegarder une capture d'écran de la fenêtre *MoCo*. Cliquer sur la croix dans le coin supérieur droit de cette fenêtre pour fermer la boîte *MoCo*.



La section *Man* sera disponible si le *Moco type* est défini à manuel (*Man*). La projection peut être déplacée en utilisant les flèches. Si le bouton *One frame only* est basculé à *on*, le changement sera appliqué seulement à une image. Vous pouvez utiliser les boutons, les curseurs ou la roulette de la souris (si votre curseur est au-dessus de l'image ciné), pour changer la projection. Vous pouvez sélectionner l'étendue de projections pour déplacer manuellement en utilisant les champs *From frame* et *To frame*.

10	(52)
----	------

Man	
$\leftarrow \! \uparrow \! \downarrow \! \rightarrow$	Undo all
One frame only	•
Shift [pixel]:	1.0 📮
From frame:	1 📫
To frame:	1

Vous pouvez sauvegarder une copie des projections corrigées pour le mouvement en cliquant sur le bouton *Save*. Le bouton *Screen Capture* sauvegarde une capture d'écran des images du ciné, du sinogramme et du linogramme.

L'outil *Moco* est grisé si une acquisition SPECT à champs multiples a été chargée.

L'onglet *Noise* vous permet d'ajouter un bruit de Poisson à la projection.

Recon	Мосо	Noise				
Add noise						
Percentage of original counts [%]: 50 ≑						
\odot Fixed seed \bigcirc Random seed						
		Add	i			

3.2.1.2 Page de coregistration SPECT-CT

Dans la page de coregistration, vous pourrez effectuer une vérification pour contrôler la qualité de l'alignement SPECT-CT.

Dans la section *Display*, le champ *Zoom* vous permet d'appliquer un facteur de zoom spécifique aux vues de fusion transverse, coronales et sagittales. Lorsque le bouton *Triangulate* est activé, vous pouvez trianguler dans les vues TCS en utilisant un clic gauche unique sur n'importe quelle vue.

Display
Zoom [%]: 100 🜩
Triangulate

Dans la section *Transformation*, vous pouvez choisir entre trois différentes techniques d'alignement :

- *Automatic full 6 parameter* vous permet d'effectuer une coregistration automatique dans les axes X, Y, Z et de faire des rotations.
- Automatic translation only vous permet d'effectuer une coregistration automatique dans les axes X, Y et Z.
- *Manual* vous permet d'effectuer une coregistration manuelle.

Transformation Transformation type O Automatic full 6 parameter O Automatic translation only

O Manual

Dans la section *Transformation parameters*, les valeurs de coregistration du mouvement seront affichées dans les champs *X-shift*, *Y-shift*, *Z-shift*, *Transverse rotation*, *Coronal rotation* et *Sagittal rotation*.

Le bouton *Apply* effectuera les déplacements de coregistration. Si un type de transformation automatique est basculé, cliquer sur *Apply* effectuera les déplacements de coregistration automatiquement.

Si le type de transformation est basculé à *Manual*, les valeurs ont besoin d'être entrées manuellement dans les champs *Transformation parameters* pour permettre aux déplacements d'être appliqués.

Les déplacements de coregistration peuvent être défaits en utilisant le bouton *Undo*.

Transformation parameters					
X-shift [pixel]:	0.00				
Y-shift [pixel]:	0.00 ÷				
Z-shift [pixel]:	0.00 ÷				
Transverse rotation:	0.00 ÷				
Coronal rotation:	0.00 ÷				
Sagittal rotation:	0.00 🗘				
Apply	Undo				

Lorsque *Transformation type* est défini à *manual*, vous pouvez glisser le CT au-dessus des images SPECT en déplaçant la souris au-dessus des vues TCS.

Le bouton *Screen capture* vous permet de sauvegarder une capture d'écran de votre l'image des déplacements de coregistration. Si l'option *Save mumap* est activée, le bouton sera actif et vous permettra de sauvegarder une copie du mumap. Le bouton *Continue reconstruction*, vous permet de continuer le processus de reconstruction.

Screen capture	Save mumap
Continue rec	onstruction

Le menu déroulant *Color Table* dans la section *Emission study colors* vous laisse changer la palette de couleur SPECT. Les limites supérieures et inférieures du seuil peuvent être changées en utilisant les curseurs *LT* et *UT*.

Les curseurs *Level* et *Window* dans la section *Transmission study* colors vous permet de changer le fenêtrage du CT. Le curseur *Alpha* permet de faire un fondu entre le SPECT à gauche et le CT à droite.



3.2.1.3 Page du filtre

Il existe une option pour sauter cette page.

Sur la page du filtre, vous pouvez changer le filtre appliqué au SPECT reconstruit.

Vous pouvez sélectionner l'ensemble de données sur lequel vous souhaitez appliquer le filtre en utilisant le menu déroulant *Dataset* dans la section *data*.

Dans la section *Display*, le champ *Zoom* vous permet de choisir le zoom appliqué à la vue *Splash* affichée à droite. Les boutons nommés *Trans*, *Coro*, *Sag* et *TCS* vous laisse choisir quelle(s) vue(s) seront montrées dans la section *Splash* à droite.

Dans la section *Filter*, vous pouvez changer le type de filtre. Quatre types sont disponibles : Gaussian, Butterworth, Hanning et Hamming. Les champs *FWHM* [*cm*], *Cutoff* [1/*cm*] et *Order* sont disponibles et peuvent être modifiés si nécessaire. Les champs disponibles seront modifiés selon le type de filtre.

Le bouton *Apply* appliquera les changements au filtre personnalisable à l'ensemble de données SPECT.

Recon Filter	ReProj I	Results			
Data Dataset: RR_ACSC Bo Show gate:	ne WB-tomo-Head	- Be 🛩			
Display Zoom [%]: 100€ ○ Trans ○ Coro ○ Sag ● TCS					
Filter					
Filter type:	Gaussian	n 🗠			
FWHM [cm]:	0.90	-			
Cutoff [1/cm]:	0.50	A V			
Order:	10	*			
A	oply				

3.2.1.4 Page de reprojection

Il existe une option pour sauter cette page.

Cette page est destinée à générer des images de reprojection statiques/de corps-entier à partir d'une donnée AC SPECT.

Dans la section *Protocol*, le menu déroulant *Protocol* vous permet de choisir entre différents protocoles de reprojection. Cliquer sur le bouton *Show Parameters* ouvrira une fenêtre *Reprojection parameters* vous permettant de voir quels paramètres de reprojection sont configurés pour ce protocole.

Les reprojections seront générés lorsque vous cliquerez sur le bouton *Perform re-projection*. Les reprojections générées seront supprimées en cliquant sur le bouton *Undo re-projection*.

Recon	Filter	ReProj	Results			
Protocol Protocol: onco_reproj_default ~						
Show parameters						
Perform re-projection Undo re-projection						

3.2.1.5 Page des résultats

Dans la section *Display*, le champ *Zoom* vous permet de choisir le facteur de grossissement appliqué sur la vue d'affichage *Splash* de droite. Les boutons *Trans, Coro, Sag* et *TCS* vous permet de choisir quelle(s) vue(s) seront affichées dans la section *Splash* de droite.

Les boutons 1st dataset, 2nd dataset et 3rd dataset vous permettent de choisir quelles séries seront affichées dans la section *Splash* de droite.

Recon	Filter	ReProj	Results	
Display Zoom [%]:	100 🜩			
Trans	O Coro	🔘 Sag	⊖ TCS	
● 1st dataset ○ 2nd dataset ○ 3rd dataset				

Dans la section *Save*, vous pouvez entrer un nom dans les champs *1st label*, *2nd label* et *3rd label*. Après avoir sauvegardé, ce texte sera ajouté au champ du nom de la série SPECT correspondante.

Vous pouvez sauvegarder les reconstructions en cliquant le bouton *Save*. Vous pouvez afficher la reconstruction dans l'application Hybrid Viewer en cliquant sur le bouton *HybridViewer*. Cette action peut être faite avant ou après la sauvegarde.

Save Labels		
1st label:		
2nd label:		
3rd label:		
Sa	ave	HybridViewer

La section *Mask* vous permet de masquer une portion des images SPECT en utilisant un masque sphérique.

Vous pouvez utiliser l'outil de masque en cliquant le bouton *Show sphere*. Une fois que le bouton est activé, une sphère sera automatiquement positionnée à la position du pixel le plus chaud de l'étude SPECT.

La taille du masque sphérique est contrôlée par le champ Sphere diameter [pixel].

Le masque est appliqué à l'étude SPECT en appuyant sur le bouton *Mask*. Le masque appliqué est retiré en utilisant le bouton *Undo*.

Hybrid Recon 5.0.0	15 (5
Mask Sphere diameter [pixel]: 2	
Mask Undo	

Vous pouvez déplacer la position du masque sphérique sur l'étude SPECT en faisant un clic unique sur les vues TCS. En utilisant la roulette de la souris, vous pouvez faire défiler à travers les vues uniques TCS.

3.2.2 Flux de travail – Neurology

3.2.2.1 Page de reconstruction

Dans l'onglet *Recon*, vous pouvez choisir le protocole de reconstruction en utilisant le menu déroulant du côté droit du protocole de reconstruction *Primary*.

Il est possible d'effectuer des reconstructions supplémentaires pour la même étude, en activant les boutons *Secondary* et *Tertiary*. Vous pouvez choisir le protocole de reconstruction de la reconstruction supplémentaire en utilisant le menu déroulant à côté des protocoles de reconstruction *secondary* et *tertiary*.



Sur l'image de la cinématique, glisser les lignes horizontales vers le haut et le bas changera la taille du champ de reconstruction.



Le ciné des projections SPECT peut être démarré, arrêté, avancé vers l'avant, l'arrière, ou reculé en utilisant les boutons *Play, Stop,* etc. Vous pouvez évaluer le mouvement dans les projections en vous référant aux images du sinogramme et du linogramme.



L'onglet *Moco* vous permet d'effectuer une correction de mouvement de l'étude SPECT. Trois types de correction de mouvement sont disponibles : *Auto (y-only), Auto (x and y)* et *Man.* Avec les boutons, vous pouvez changer le type de correction de mouvement.

Recon	Мосо	Noise		
Moco type				
● Auto (y-only) ○ Auto (x and y) ○ Man				
🔾 2 hea	ad 90 deg	🖲 2 he	ad 180 deg	○ Other
○ 3 hea	ad			

La section *Auto* sera disponible si le type de correction de mouvement automatique est sélectionné. Le bouton *Start* vous permet d'effectuer une correction de mouvement automatique. Le bouton *Undo* restore les projections originales. Le bouton *Show* vous permet d'afficher la fenêtre *MoCo*. Lorsque aucune correction de mouvement n'a été appliquée, ce bouton est grisé.

Auto		
Iterations:		3 🔹
X-shift limit [cm]:		0.50 ≑
Y-shift limit [cm]:		0.10 ≑
Start	Undo	Show

Appuyer sur le bouton *Start* pour démarrer la correction de mouvement automatique. Une fenêtre *HybridRecon-MoCo* apparaîtra lorsque la correction de mouvement est terminée. Une représentation visuelle des changements faits pour la correction de mouvement à la projection MoCo sera montrée dans cette fenêtre. Vous pouvez comparer les projections SPECT originales aux projections SPECT MoCo en utilisant les boutons.

Le bouton *Screen Capture* vous permet de sauvegarder une capture d'écran de la fenêtre *MoCo*. Cliquer sur la croix dans le coin supérieur droit de cette fenêtre pour fermer la boîte *MoCo*.



La section *Man* sera disponible si le *Moco type* est défini à manuel (*Man*). La projection peut être déplacée en utilisant les flèches. Si le bouton *One frame only* est basculé à *on*, le changement sera appliqué seulement à une image. Vous pouvez utiliser les boutons, les curseurs ou la roulette de la souris (si votre curseur est au-dessus de l'image ciné), pour changer la projection.

Vous pouvez sélectionner l'étendue de projections pour déplacer manuellement en utilisant les champs *From frame* et *To frame*.

Man	
$\leftarrow \uparrow \hspace{0.1cm} \downarrow \hspace{0.1cm} \rightarrow \hspace{0.1cm}$	Undo all
One frame only	
Shift [pixel]:	1.0 📮
From frame:	1
To frame:	1

Vous pouvez sauvegarder une copie des projections corrigées pour le mouvement en cliquant sur le bouton *Save*. Le bouton *Screen Capture* sauvegarde une capture d'écran des images du ciné, du sinogramme et du linogramme.

L'outil Moco est grisé si une acquisition SPECT à champs multiples a été chargée.

L'onglet *Noise* vous permet d'ajouter un bruit de Poisson à la projection.

Recon	Мосо	Noise			
Add no	ise		-		
Percen	tage of o	riginal cou	nts [%]	: 50	* *
	Fixed	seed 🔾	Randor	m seed	
		Add			

3.2.2.2 Page de la délimitation mu-map uniforme

Si une carte d'atténuation uniforme est utilisée pour effectuer une correction d'atténuation, une page *uniform mu-map* sera affichée.

Dans la section *Display*, le champ *Zoom* vous permet de modifier le facteur de zoom de la vue *Splash* affichée.



Dans la section *Outline*, vous pouvez changer les paramètres de la carte d'uniformité en utilisant les champs *Outline threshold* [%] et *Outline filter FWHM* [cm]. Le bouton *Trace* définira les contours de la mumap uniforme, tout dépendant l'information fournie dans les champs ci-dessus. Le bouton *Link outlines* vous permet de déplacer les contours du mu-map uniforme simultanément sur chaque tranche.

Le processus de reconstruction continuera une fois que vous aurez cliqué sur le bouton *Continue reconstruction*. Le bouton *Screen capture* créera une capture d'écran de la vue *Splash* du mu-map uniforme.

Outline	
Outline threshold [%]:	15 📮
Outline filter FWHM [cm]:	1.0 ≑
Trace C Link outlines	
Continue reconstruction	
Screen capture	

3.2.2.3 Page de la coregistration SPECT-CT

Dans la page de coregistration, vous pourrez effectuer une vérification pour contrôler la qualité de l'alignement SPECT-CT.

Dans la section *Display*, le champ *Zoom* vous permet d'appliquer un facteur de zoom spécifique aux vues de fusion transverse, coronales et sagittales. Lorsque le bouton *Triangulate* est activé, vous pouvez trianguler dans les vues TCS en utilisant un clic gauche unique sur n'importe quelle vue.

Display
Zoom [%]: 100
Triangulate

Dans la section *Transformation*, vous pouvez choisir entre trois différentes techniques d'alignement :

- *Automatic full 6 parameter* vous permet d'effectuer une coregistration automatique dans les axes X, Y, Z et de faire des rotations.
- Automatic translation only vous permet d'effectuer une coregistration automatique dans les axes X, Y et Z.
- *Manual* vous permet d'effectuer une coregistration manuelle.



Dans la section *Transformation parameters*, les valeurs de coregistration du mouvement seront affichées dans les champs *X-shift*, *Y-shift*, *Z-shift*, *Transverse rotation*, *Coronal rotation* et *Sagittal rotation*.

Le bouton *Apply* effectuera les déplacements de coregistration. Si un type de transformation automatique est basculé, cliquer sur *Apply* effectuera les déplacements de coregistration automatiquement. Si le type de transformation est basculé à *Manual*, les valeurs ont besoin d'être entrées manuellement dans les champs *Transformation parameters* pour permettre aux déplacements d'être appliqués.

Les déplacements de coregistration peuvent être défaits en utilisant le bouton *Undo*.

Transformation parameters			
X-shift [pixel]:	0.00 ÷		
Y-shift [pixel]:	0.00 ≑		
Z-shift [pixel]:	0.00 ÷		
Transverse rotation:	0.00 ≑		
Coronal rotation:	0.00 ≑		
Sagittal rotation:	0.00 🗘		
Apply	Undo		

Lorsque *Transformation type* est défini à *manual*, vous pouvez glisser le CT au-dessus des images SPECT en déplaçant la souris au-dessus des vues TCS.

Le bouton *Screen capture* vous permet de sauvegarder une capture d'écran de votre l'image des déplacements de coregistration. Si l'option *Save mumap* est activée, le bouton sera actif et vous permettra de sauvegarder une copie du mumap. Le bouton *Continue reconstruction*, vous permet de continuer le processus de reconstruction.

Screen capture	Save mumap
Continue rec	construction

Le menu déroulant *Color Table* dans la section *Emission study colors* vous laisse changer la palette de couleur SPECT. Les limites supérieures et inférieures du seuil peuvent être changées en utilisant les curseurs *LT* et *UT*.

Les curseurs *Level* et *Window* dans la section *Transmission study* colors vous permet de changer le fenêtrage du CT. Le curseur *Alpha* permet de faire un fondu entre le SPECT à gauche et le CT à droite.

Emission study colors			
Color Table:	Hot metal	\sim	
LT:		0	
UT:		100	
Transmission	study colors		
Level:		50	
Window:		500	
Alpha:		25	

3.2.2.4 Page du filtre

Il existe une option pour sauter cette page.

Sur la page du filtre, vous pouvez changer le filtre appliqué au SPECT reconstruit.

Vous pouvez sélectionner l'ensemble de données sur lequel vous souhaitez appliquer le filtre en utilisant le menu déroulant *Dataset* dans la section *data*.

Dans la section *Display*, le champ *Zoom* vous permet de choisir le zoom appliqué à la vue *Splash* affichée à droite. Les boutons nommés *Trans*, *Coro*, *Sag* et *TCS* vous laisse choisir quelle(s) vue(s) seront montrées dans la section *Splash* à droite.

Dans la section *Filter*, vous pouvez changer le type de filtre. Quatre types sont disponibles : Gaussian, Butterworth, Hanning et Hamming. Les champs *FWHM* [*cm*], *Cutoff* [1/*cm*] et *Order* sont disponibles et peuvent être modifiés si nécessaire. Les champs disponibles seront modifiés selon le type de filtre.

Le bouton *Apply* appliquera les changements au filtre personnalisable à l'ensemble de données SPECT.

Recon	Filter	Alig	n	Results
Data Dataset: MoCo_RR_ACSC TOMO DaT CT Show gate:				
Display Zoom [%]: 100 🖨 Trans O Coro O Sag O TCS				
Filter Filter type:			Gauss	ian 🗸
FWHM [cm]:			0.90	A
Cutoff [1/c	m]:		0.50	*
Order:			10	×
	Ар	oly		

3.2.2.5 Page de l'alignement

Vous pouvez réaligner les vues SPECT TCS dans la page de l'alignement.

Dans la section *Mode*, vous pouvez basculer entre les boutons *Align* et *Zoom*.

Mode Align	○ Zoom
Saved zoom [%]: 400 🜲	
Apply zoom	Undo zoom

Dans le mode *Align*, des croix pointillées seront affichées au-dessus des vues TCS. Vous pouvez déplacer la croix au-dessus de l'étude SPECT en utilisant la souris. Chacune des vues TCS triangulera automatique au-dessus de la nouvelle position de la croix. Deux options sont disponibles pour faire pivoter les vues : glisser la souris à la position d'angle requise sur l'échelle sous les vues TCS ou changer la valeur dans le champ de l'échelle à droite. Pour altérer la valeur, soit l'écrire ou utiliser les flèches vers le haut et le bas.



3.2.2.6 Page des résultats

Dans la section *Display*, le champ *Zoom* vous permet de choisir le facteur de grossissement appliqué sur la vue d'affichage *Splash* de droite. Les boutons *Trans*, *Coro*, *Sag* et *TCS* vous permet de choisir quelle(s) vue(s) seront affichées dans la section *Splash* de droite.

Les boutons 1st dataset, 2nd dataset et 3rd dataset vous permettent de choisir quelles séries seront affichées dans la section Splash de droite.

Recon	Filter	ReProj	Results	
Display Zoom [%]: 100 🐳				
Trans	O Coro	⊖ Sag	⊖ TCS	
● 1st dataset ○ 2nd dataset ○ 3rd dataset				

Dans la section *Save*, vous pouvez entrer un nom dans les champs *1st label*, *2nd label* et *3rd label*. Après avoir sauvegardé, ce texte sera ajouté au champ du nom de la série SPECT correspondante.

Vous pouvez sauvegarder les reconstructions en cliquant le bouton *Save*. Vous pouvez afficher la reconstruction dans l'application Hybrid Viewer en cliquant sur le bouton *HybridViewer*. Cette action peut être faite avant ou après la sauvegarde.

Save Labels				
1st label:				
2nd label:				
3rd label:				
Sa	ave	[HybridViewer	

La section *Mask* vous permet de masquer une portion des images SPECT en utilisant un masque sphérique.

Vous pouvez utiliser l'outil de masque en cliquant le bouton *Show sphere*. Une fois que le bouton est activé, une sphère sera automatiquement positionnée à la position du pixel le plus chaud de l'étude SPECT.

La taille du masque sphérique est contrôlée par le champ Sphere diameter [pixel].

Le masque est appliqué à l'étude SPECT en appuyant sur le bouton *Mask*. Le masque appliqué est retiré en utilisant le bouton *Undo*.

Mask		
Sphere diameter [pixel]: 2		
Show sphere (click image to reset)		
Mask	Undo	

Vous pouvez déplacer la position du masque sphérique sur l'étude SPECT en faisant un clic unique sur les vues TCS. En utilisant la roulette de la souris, vous pouvez faire défiler à travers les vues uniques TCS.

3.2.3 Flux de travail – Lung

3.2.3.1 Page de reconstruction

Dans l'onglet *Recon*, vous pouvez effectuer la reconstruction jusqu'à deux études différentes. Vous pouvez choisir le protocole de reconstruction en utilisant le menu déroulant du côté droit de la boîte du protocole de reconstruction *Primary*.

Recon Moco Noise				
Study 1		_		
Primary:	vent_rec_default	✓ Show		
Secondary:	perf_rec_default	Show		
Tertiary:	perf_rec_default	Show		
○ Secondary ○ Tertiary				
Study 2				
Primary:	perf_rec_default	✓ Show		
\bigcirc Link reconstruction limits with Study 1				
Perform reconstructions				

Pour forcer les champs de reconstruction à être liés entre les études, cliquer le bouton *Link reconstruction limits with Study 1*.

Sur l'image ciné, glisser les lignes horizontales vers le haut et le bas changera la taille du champ de reconstruction.



Le ciné des projections SPECT peut être démarré, arrêté, avancé vers l'avant, l'arrière, ou reculé en utilisant les boutons *Play, Stop,* etc. Vous pouvez évaluer le mouvement dans les projections en vous référant aux images du sinogramme et du linogramme.



L'onglet *Moco* vous permet d'effectuer une correction de mouvement de l'étude SPECT. Trois types de correction de mouvement sont disponibles : *Auto (y-only), Auto (x and y)* et *Man*. Avec les boutons, vous pouvez changer le type de correction de mouvement.

Recon	Мосо	Noise		
Moco type				
● Auto (y-only) ○ Auto (x and y) ○ Man				
\bigcirc 2 head 90 deg \odot 2 head 180 deg \bigcirc Other				
🔿 3 hea	bd			

La section *Auto* sera disponible si le type de correction de mouvement automatique est sélectionné. Le bouton *Start* vous permet d'effectuer une correction de mouvement automatique. Le bouton *Undo* restore les projections originales. Le bouton *Show* vous permet d'afficher la fenêtre *MoCo*. Lorsque aucune correction de mouvement n'a été appliquée, ce bouton est grisé.



La correction de mouvement peut être effectuée sur une étude à la fois seulement. L'étude dont le nom de la série est orange est la série active.



Un clic unique au dessus de la deuxième étude changera l'étude sélectionnée.

Appuyer sur le bouton *Start* pour démarrer la correction de mouvement automatique. Une fenêtre *HybridRecon-MoCo* apparaîtra lorsque la correction de mouvement est terminée. Une représentation visuelle des changements faits pour la correction de mouvement à la projection MoCo sera montrée dans cette fenêtre. Vous pouvez comparer les projections SPECT originales aux projections SPECT MoCo en utilisant les boutons.

Le bouton *Screen Capture* vous permet de sauvegarder une capture d'écran de la fenêtre *MoCo*. Cliquer sur la croix dans le coin supérieur droit de cette fenêtre pour fermer la boîte *MoCo*.



La section *Man* sera disponible si le *Moco type* est défini à manuel (*Man*). La projection peut être déplacée en utilisant les flèches. Si le bouton *One frame only* est basculé à *on*, le changement sera appliqué seulement à une image. Vous pouvez utiliser les boutons, les curseurs ou la roulette de la souris (si votre curseur est au-dessus de l'image ciné), pour changer la projection.

Vous pouvez sélectionner l'étendue de projections pour déplacer manuellement en utilisant les champs *From frame* et *To frame*.



Vous pouvez sauvegarder une copie des projections corrigées pour le mouvement en cliquant sur le bouton *Save*. Le bouton Screen Capture sauvegarde une capture d'écran des images du ciné, du sinogramme et du linogramme.

L'outil *Moco* est grisé si une acquisition SPECT à champs multiples a été chargée.

L'onglet *Noise* vous permet d'ajouter un bruit Poisson à la projection.

Recon	Мосо	Noise		
Add noi	ise		•	
Percentage of original counts [%]: 50 두				
	Fixed	l seed 🔘	Random	seed
		Add		

Dans la page de coregistration, vous pourrez effectuer une vérification de contrôle de qualité pour vérifier l'alignement du SPECT- CT ou de l'alignement du mumap synthétique.

3.2.3.2 Page de coregistration SPECT-CT ou mumap synthétique

Dans la section *Display*, le champ *Zoom* vous permet d'appliquer un facteur de zoom spécifique aux vues de fusion transverse, coronales et sagittales. Lorsque le bouton *Triangulate* est activé, vous pouvez trianguler dans les vues TCS en utilisant un clic gauche unique sur n'importe quelle vue.

Display
Zoom [%]: 100 🜩
 Triangulate

Dans la section *Transformation*, vous pouvez choisir entre trois différentes techniques d'alignement :

- *Automatic full 6 parameter* vous permet d'effectuer une coregistration automatique dans les axes X, Y, Z et de faire des rotations.
- Automatic translation only vous permet d'effectuer une coregistration automatique dans les axes X, Y et Z.
- *Manual* vous permet d'effectuer une coregistration manuelle.

Transformation
Transformation type
O Automatic full 6 parameter
 Automatic translation only

Manual

Dans la section *Transformation parameters*, les valeurs de coregistration du mouvement seront affichées dans les champs *X-shift*, *Y-shift*, *Z-shift*, *Transverse rotation*, *Coronal rotation* et *Sagittal rotation*.

Le bouton *Apply* effectuera les déplacements de coregistration. Si un type de transformation automatique est basculé, cliquer sur *Apply* effectuera les déplacements de coregistration automatiquement. Si le type de transformation est basculé à *Manual*, les valeurs ont besoin d'être entrées manuellement dans les champs *Transformation parameters* pour permettre aux déplacements d'être appliqués.

Les déplacements de coregistration peuvent être défaits en utilisant le bouton Undo.

Transformation parameters			
X-shift [pixel]:	0.00		
Y-shift [pixel]:	0.00 🗧		
Z-shift [pixel]:	0.00 🗧		
Transverse rotation:	0.00 ÷		
Coronal rotation:	0.00 🗧		
Sagittal rotation:	0.00		
Apply	Undo		

Lorsque *Transformation type* est défini à *manual*, vous pouvez glisser le CT au-dessus des images SPECT en déplaçant la souris au-dessus des vues TCS.

Le bouton *Screen capture* vous permet de sauvegarder une capture d'écran de votre l'image des déplacements de coregistration. Si l'option *Save mumap* est activée, le bouton sera actif et vous permettra de sauvegarder une copie du mumap. Le bouton *Continue reconstruction*, vous permet de continuer le processus de reconstruction.

Screer	capture	Save mumap
	Continue reconstruction	

Le menu déroulant *Color Table* dans la section *Emission study colors* vous laisse changer la palette de couleur SPECT. Les limites supérieures et inférieures du seuil peuvent être changées en utilisant les curseurs *LT* et *UT*.

Les curseurs *Level* et *Window* dans la section *Transmission study* colors vous permet de changer le fenêtrage du CT. Le curseur *Alpha* permet de faire un fondu entre le SPECT à gauche et le CT à droite.

Emission study colors	
Color Table: Hot metal	•
LT:	0
UT:	100
Transmission study colors	
Level:	50
Window:	500
Alpha:	25

3.2.3.3 Page du filtre

Il existe une option pour sauter cette page.

Sur la page du filtre, vous pouvez changer le filtre appliqué au SPECT reconstruit.

Vous pouvez sélectionner l'ensemble de données sur lequel vous souhaitez appliquer le filtre en utilisant le menu déroulant *Dataset* dans la section *data*.

Dans la section *Display*, le champ *Zoom* vous permet de choisir le zoom appliqué à la vue *Splash* affichée à droite. Les boutons nommés *Trans*, *Coro*, *Sag* et *TCS* vous laisse choisir quelle(s) vue(s) seront montrées dans la section *Splash* à droite.

Dans la section *Filter*, vous pouvez changer le type de filtre. Quatre types sont disponibles : Gaussian, Butterworth, Hanning et Hamming. Les champs *FWHM* [*cm*], *Cutoff* [1/*cm*] et *Order* sont disponibles et peuvent être modifiés si nécessaire. Les champs disponibles seront modifiés selon le type de filtre.

Le bouton *Apply* appliquera les changements au filtre personnalisable à l'ensemble de données SPECT.

Recon	Filter	ReProj	Results		
Data Dataset: VENT_RR_NC TOMO VENTILATION ✓ Show gate:					
Display Zoom [%]: Trans	100 🗭 O Coro	○ Sag	O TCS		
Filter Filter type:		Gauss	sian 🗸		
FWHM [cm	ı]:	1.25	-		
Cutoff [1/c	:m]:	0.40	-		
Order:		10	*		
	Арр	bly			

3.2.3.4 Page de reprojection

Cette page est destinée à générer des images de reprojection statiques à partir d'une donnée AC SPECT.

Dans la section *Protocol*, le menu déroulant *Protocol* vous permet de choisir entre différents protocoles de reprojection. Cliquer sur le bouton *Show Parameters* ouvrira une fenêtre *Reprojection parameters* vous permettant de voir quels paramètres de reprojection sont configurés pour ce protocole.

Les reprojections seront générés lorsque vous cliquerez sur le bouton *Perform re-projection*. Les reprojections générées seront supprimées en cliquant sur le bouton *Undo re-projection*.

Recon	Filter	ReProj	Results	
Protocol Protocol: lung_reproj_default ~				
Show parameters				
Perform re	-projection	Undo re-p	rojection	

3.2.3.5 Page des résultats

Dans la section *Display*, le champ *Zoom* vous permet de choisir le facteur de grossissement appliqué sur la vue d'affichage *Splash* de droite. Les boutons *Trans, Coro, Sag* et *TCS* vous permet de choisir quelle(s) vue(s) seront affichées dans la section *Splash* de droite.

Les boutons 1st dataset, 2nd dataset et 3rd dataset vous permettent de choisir quelles séries seront affichées dans la section *Splash* de droite.

Recon	Filter	ReProj	Results	
Display Zoom [%]	: 100 🜩			
Trans	O Coro	🔘 Sag	⊖ TCS	
● 1st dataset ○ 2nd dataset ○ 3rd dataset				

Dans la section *Save*, vous pouvez entrer un nom dans les champs *1st label*, *2nd label* et *3rd label*. Après avoir sauvegardé, ce texte sera ajouté au champ du nom de la série SPECT correspondante.

Vous pouvez sauvegarder les reconstructions en cliquant le bouton *Save*. Vous pouvez afficher la reconstruction dans l'application Hybrid Viewer en cliquant sur le bouton *HybridViewer*. Cette action peut être faite avant ou après la sauvegarde.

Save Labels			
1st label:			
2nd label:			
3rd label:			
Sa	ave	HybridViewer	

La section *Mask* vous permet de masquer une portion des images SPECT en utilisant un masque sphérique.

Vous pouvez utiliser l'outil de masque en cliquant le bouton *Show sphere*. Une fois que le bouton est activé, une sphère sera automatiquement positionnée à la position du pixel le plus chaud de l'étude SPECT.

La taille du masque sphérique est contrôlée par le champ Sphere diameter [pixel].

Le masque est appliqué à l'étude SPECT en appuyant sur le bouton *Mask*. Le masque appliqué est retiré en utilisant le bouton *Undo*.

Mask	
Sphere diameter [pixel]:	2 ≑
Show sphere (click image)	ge to reset)
Mask	Undo

Vous pouvez déplacer la position du masque sphérique sur l'étude SPECT en faisant un clic unique sur les vues TCS. En utilisant la roulette de la souris, vous pouvez faire défiler à travers les vues uniques TCS.

3.2.4 Flux de travail – Cardiology

3.2.4.1 Page de reconstruction

Dans l'onglet *Recon*, vous pouvez effectuer la reconstruction de jusqu'à trois études différentes. Vous pouvez choisir le protocole de reconstruction en utilisant le menu déroulant du côté droit des boîtes de protocoles de reconstruction *Non-gated* et *Gated*. Si aucune études synchronisées SPECT n'ont été chargées dans l'application, les boîtes *Gated* sont grisées.

Si le bouton *2nd NG* est actif, les boîtes *2nd Non-gated* seront disponibles. Vous pouvez choisir le protocole de reconstruction en utilisant le menu déroulant du côté droit de ces boîtes.

L'utilisation de la correction d'atténuation est seulement disponible pour la première boîte *Non-gated*.

Recon	Мосо	Noise				
First study						
Non-gated	l: h	ermes_no	ongated_str	\sim	Show	
2nd Non-g	ated: h	ermes_na	c_stress	~	Show	
Gated:	h	ermes_ga	ted_stress	~	Show	
② 2nd NG	5					
Second s	tudy					
Non-gated	l: h	ermes_no	ongated_res	~	Show	
2nd Non-g	ated: h	ermes_na	ac_rest	\sim	Show	
Gated:	h	ermes_ga	ated_rest	\sim	Show	
O 2nd NG	;					
-Third stu	dy					
Non-gated	l: h	ermes_no	ongated_de	i ~	Show	
2nd Non-g	ated: h	ermes_na	ac_delay	\sim	Show	
Gated:	h	ermes_ga	ted_delay	\sim	Show	
2nd NG	3					
	Perf	orm recor	structions			
	Perfe	orm recor	structions			

Sur l'image de la cinématique, glisser les lignes horizontales vers le haut et le bas changera la taille du champ de reconstruction.

34 <u>(52)</u>



La croix encerclée devrait être centrée dans le milieu du myocarde sur les vues antérieures et latérales pour les études cardiaques d'effort/de repos et centrée à la position du ventricule gauche pour les études SPECT de ventriculographie.

Étude cardiaque d'effort et de repos



Étude de ventriculographie



Le ciné des projections SPECT peut être démarré, arrêté, avancé vers l'avant, l'arrière, ou reculé en utilisant les boutons *Play, Stop,* etc. Vous pouvez évaluer le mouvement dans les projections en vous référant aux images du sinogramme et du linogramme.



L'onglet *Moco* vous permet d'effectuer une correction de mouvement de l'étude SPECT. Trois types de correction de mouvement sont disponibles : *Auto (y-only), Auto (x and y)* et *Man.* Avec les boutons, vous pouvez changer le type de correction de mouvement.

Recon	Moco	Noise		
-Moco ty	ре			
Auto	(y-only)	🔾 Auto (x and y) C) Man
🔾 2 hea	ad 90 deg	🖲 2 he	ad 180 deg	O Other
🔾 3 hea	bb			

La section *Auto* sera disponible si le type de correction de mouvement automatique est sélectionné. Le bouton *Start* vous permet d'effectuer une correction de mouvement automatique. Le bouton *Undo* restore les projections originales. Le bouton *Show* vous permet d'afficher la fenêtre *MoCo*. Lorsque aucune correction de mouvement n'a été appliquée, ce bouton est grisé.

Auto Iterations:	3 *
X-shift limit [cm]:	0.50 ≑
Y-shift limit [cm]:	0.10
Start Undo	Show

La correction de mouvement peut seulement être effectuée sur une étude à la fois. L'étude dont le nom est en orange est la série active.



Un clic unique au-dessus d'une autre étude changera l'étude sélectionnée.

Appuyer sur le bouton *Start* pour démarrer la correction de mouvement automatique. Une fenêtre *HybridRecon-MoCo* apparaîtra lorsque la correction de mouvement est terminée. Une représentation visuelle des changements faits pour la correction de mouvement à la projection MoCo sera montrée dans cette fenêtre. Vous pouvez comparer les projections SPECT originales aux projections SPECT MoCo en utilisant les boutons.

Le bouton *Screen Capture* vous permet de sauvegarder une capture d'écran de la fenêtre *MoCo*. Cliquer sur la croix dans le coin supérieur droit de cette fenêtre pour fermer la boîte *MoCo*.



La section *Man* sera disponible si le *Moco type* est défini à manuel (*Man*). La projection peut être déplacée en utilisant les flèches. Si le bouton *One frame only* est basculé à *on*, le changement sera appliqué seulement à une image. Vous pouvez utiliser les boutons, les curseurs ou la roulette de la souris (si votre curseur est au-dessus de l'image ciné), pour changer la projection.

Vous pouvez sélectionner l'étendue de projections pour déplacer manuellement en utilisant les champs *From frame* et *To frame*.



Vous pouvez sauvegarder une copie des projections corrigées pour le mouvement en cliquant sur le bouton *Save*. Le bouton Screen Capture sauvegarde une capture d'écran des images du ciné, du sinogramme et du linogramme.

L'outil *Moco* est grisé si une acquisition SPECT à champs multiples a été chargée.

L'onglet *Noise* vous permet d'ajouter bruit de Poisson à la projection.

Recon	Мосо	Noise		
Add noi	se		-	
Percen	tage of o	riginal cour	nts [%]:	50 🗘
	Fixed	seed 🔾	Random	seed
		Add		

3.2.4.2 Page de l'alignement

Dans la page de l'alignement, vous pouvez changer l'orientation des études.

Le bouton *Link studies* liera l'orientation des études. Vous pouvez désactiver le masquage en activant le bouton *Disable masking*.

Vous pouvez continuer le processus de reconstruction en cliquant sur le bouton *Continue*.



Pour faire pivoter les vues VLA et HLA, vous pouvez soit faire glisser le curseur sur l'échelle horizontale sous les vues, soit modifier la valeur dans la boîte de l'angle avec le clavier ou en utilisant les flèches vers le haut/bas.



Lorsque le pointeur est au-dessus d'une vue, vous pouvez faire défiler à travers les coupes avec la roulette de la souris.

Vous pouvez changer la triangulation des vues en faisant glisser le centre de la croix encerclée. Nous recommandons de positionner le centre de la croix encerclée dans le centre du myocarde ou, pour les études de ventriculographie, dans le centre du ventricule gauche.

Pour vous aider à orienter visuellement les vues VLA et HLA, un petit symbole cardiaque est affiché sous chaque vue. Pour les études de ventriculographie, vous pouvez vous référer à la position de l'apex du symbole cardiaque pour trouver l'orientation la plus adéquate pour les vues.



Étude Effort/Repos

Étude de ventriculographie



3.2.4.3 Page de coregistration SPECT-CT ou mumap synthétique

Dans la page de coregistration, vous pourrez effectuer une vérification du contrôle de qualité de l'alignement SPECT-CT ou de l'alignement du mumap synthétique.

Dans la section *Display*, le champ *Zoom* vous permet d'appliquer un facteur de zoom spécifique aux vues de fusion transverses, coronales et sagittales. Lorsque le bouton *Triangulate* est activé, vous pouvez trianguler dans les vues TCS en utilisant un clic gauche unique sur n'importe quelle vue.

Display
Zoom [%]: 100 🜩
Triangulate

Dans la section *Transformation*, vous pouvez choisir entre trois différentes techniques d'alignement :

- *Automatic full 6 parameter* vous permet d'effectuer une coregistration automatique dans les axes X, Y, Z et de faire des rotations.
- Automatic translation only vous permet d'effectuer une coregistration automatique dans les axes X, Y et Z.
- *Manual* vous permet d'effectuer une coregistration manuelle.

Transformation	
Transformation type	
 Automatic full 6 parameter 	
 Automatic translation only 	
○ Manual	

Dans la section *Transformation parameters*, les valeurs de coregistration du mouvement seront affichées dans les champs *X-shift*, *Y-shift*, *Z-shift*, *Transverse rotation*, *Coronal rotation* et *Sagittal rotation*.

Le bouton *Apply* effectuera les déplacements de coregistration. Si un type de transformation automatique est basculé, cliquer sur *Apply* effectuera les déplacements de coregistration automatiquement. Si le type de transformation est basculé à *Manual*, les valeurs ont besoin d'être entrées manuellement dans les champs *Transformation parameters* pour permettre aux déplacements d'être appliqués.

Les déplacements de coregistration peuvent être défaits en utilisant le bouton Undo.

Transformation parameters	
X-shift [pixel]:	0.00 ≑
Y-shift [pixel]:	0.00 ÷
Z-shift [pixel]:	0.00 ÷
Transverse rotation:	0.00 ÷
Coronal rotation:	0.00 ≑
Sagittal rotation:	0.00 🗘
Apply	Undo

Lorsque *Transformation type* est défini à *manual*, vous pouvez glisser le CT au-dessus des images SPECT en déplaçant la souris au-dessus des vues TCS.

Le bouton *Screen capture* vous permet de sauvegarder une capture d'écran de votre l'image des déplacements de coregistration. Si l'option *Save mumap* est activée, le bouton sera actif et vous permettra de sauvegarder une copie du mumap. Le bouton *Continue reconstruction*, vous permet de continuer le processus de reconstruction.

Hyb	rid Recon 5.0.0		
	Screen capture	Save mumap	
	Continue recons	struction	

Le menu déroulant *Color Table* dans la section *Emission study colors* vous laisse changer la palette de couleur SPECT. Les limites supérieures et inférieures du seuil peuvent être changées en utilisant les curseurs *LT* et *UT*.

42 (52)

Les curseurs *Level* et *Window* dans la section *Transmission study* colors vous permet de changer le fenêtrage du CT. Le curseur *Alpha* permet de faire un fondu entre le SPECT à gauche et le CT à droite.



3.2.4.4 Page du filtre

Il existe une option pour sauter cette page.

Sur la page du filtre, vous pouvez changer le filtre appliqué au SPECT reconstruit.

Vous pouvez sélectionner l'ensemble de données sur lequel vous souhaitez appliquer le filtre en utilisant le menu déroulant *Dataset* dans la section *data*.

Dans la section *Display*, le champ *Zoom* vous permet de choisir le zoom appliqué à la vue *Splash* affichée à droite. Les boutons nommés *Trans*, *Coro*, *Sag* et *TCS* vous laisse choisir quelle(s) vue(s) seront montrées dans la section *Splash* à droite.

Dans la section *Filter*, vous pouvez changer le type de filtre. Quatre types sont disponibles : Gaussian, Butterworth, Hanning et Hamming. Les champs *FWHM* [*cm*], *Cutoff* [1/*cm*] et *Order* sont disponibles et peuvent être modifiés si nécessaire. Les champs disponibles seront modifiés selon le type de filtre.

Le bouton *Apply* appliquera les changements au filtre personnalisable à l'ensemble de données SPECT.

Recon	Align	Filter	Results
Data Dataset: 🖡 Show gate	RST_RR_AC R	est /E1	<
Display Zoom [%]: • Trans	100 💌 O Coro	⊖ Sag	O тсs
Filter Filter type: FWHM [cm Cutoff [1/c]: m]:	Gaus 0.90	sian 🗸
Order:	Арр	10	

3.2.4.5 Page des résultats

Dans la section *Display*, les boutons *HLA*, *SA* et *VLA* vous permettent de choisir quelle(s) vue(s) sera affichée dans la section *Splash*.

Les menus déroulant 1st study gate, 2nd study gate et 3rd study gate vous permettent de choisir quelle image de la données SPECT synchronisée sera affichée dans la section Splash.

Recon	Align	Filter	Results
Display O HLA	۲	SA	O VLA
1st study g	jate:	1	~
2nd study	gate:	1	\sim
3rd study g	gate:		\sim

Dans la section *Labels*, vous pouvez entrer un nom dans les champs *1st label*, *2nd label* et *3rd label*. Après avoir sauvegardé, ce texte sera ajouté au champ du nom de la série SPECT correspondante.

Dans la section *Coronal*, le bouton *Save coronal* activera la sauvegarde des vues coronales. Si votre étude est une étude *situs inversus* ou *Dextrocardia*, le bouton *Dextrocardia* retournera les vues du coeur.

Vous pouvez appliquer un facteur de zoom aux vues coronales sauvegardées en cliquant sur le bouton *Save with zoom* dans la section *Zoom*. L'option *Save without zoom* désactivera le facteur de zoom. Vous pouvez ajuster le facteur de zoom en modifiant la valeur de la boîte *Saved zoom* [%]. Pour changer cette valeur, utiliser le clavier ou les flèches vers le haut/bas.

La section *Gated only* vous permet de sauvegarder seulement les séries synchronisées. Cette option est disponible si une étude de ventriculographie est chargée. Dans les autres cas, l'option sera grisée.

Vous pouvez sauvegarder les vues transverses en faisant basculer à *on/off* les boutons *Non-gated* et *Gated* dans la section *Transverse*.

Le bouton *Save* vous permet de sauvegarder les vues spécifiées dans les sections *Coronal* et *Transverse* ci-dessus. Vous pouvez afficher la reconstruction dans l'application Hybrid Viewer en cliquant sur le bouton *HybridViewer*. Cette action peut être effectuée avant ou après la sauvegarde.

Save
Labels
1st label:
2nd label:
3rd label:
Coronal
Save coronal O Dextrocardia
Zoom
Saved zoom [%]: 300 🖨
$\ensuremath{}$ Save without zoom \bigcirc Save with zoom
Gated only
○ Save gated only
Transverse
Non-gated Gated
Save HybridViewer

3.3 Interface

Vous pouvez ouvrir les paramètres avancés de l'application en cliquant sur l'icône de liste *Program Parameters* dans le coin supérieur droit de la fenêtre de l'application.

0		•
0		•
0		•
0		•
_	_	_

Une fenêtre *program parameters* ouvrira, vous donnant ainsi accès aux paramètres configurés. Les manuels utilisateurs spécifiques à chaque flux de travail fournissent plus de détails sur les paramètres avancés et leurs effets.

Cliquer sur le symbole de point d'interrogation lancera le manuel d'utilisateur Hybrid Recon spécifique pour ce flux de travail.



L'icône « i » lancera l'application « À-propos ».



Dans cette section, vous trouverez l'information à propos du nom du produit, de la version, du nom commercial, de la construction du logiciel, de la date de fabrication, des adresses courriel, etc.

3.4 Sécurité

Hybrid Recon 5.0 possède *Personal Identifiable Information* (PII), alors Hermes Medical Solutions travaille activement avec la cybersécurité durant la fabrication pour s'assurer du plus haut niveau de sécurité. Pour renforcer davantage la sécurité, le logiciel prend en charge les mesures de sécurité propres aux clients, telles que, mais sans s'y limiter, le contrôle d'accès et l'autorisation, l'antivirus, la mise à jour du système d'exploitation et le chiffrement des disques.Pour plus d'information, veuillez contacter support@hermesmedical.com.

Il est de la responsabilité du client d'installer et de maintenir à jour un logiciel antivirus sur le serveur et sur le ordinateurs client, ainsi que d'appliquer les protections nécessaires contre les menaces potentielles.

Routines de sauvegarde :

- Une copie de sauvegarde du dernier fichier de configuration est créée une fois par session lors du mode utilisateur ou admin.
- Une copie de sauvegarde de la dernière configuration est créée la première fois que l'utilisateur apporte des changements aux paramètres (incluant les flux de travail/disposition/règles, etc.)
- Une copie de sauvegarde des paramètres d'usine n'est jamais créée.
- Un maximum de 10 copies doit être archivé, et si le nombre maximum de copies est excédé, la plus vieille copie sera supprimée.

3.5 Avertissements



All studies to be used in this application (SPECT and CT) should be sent to the Hermes Medical Solution software directly from the originating scanners.

Toutes les études à être utilisées dans cette application (SPECT et CT) devraient être envoyées au logiciel Hermes Medical Solution directement à partir des caméras d'origine.



When performing quantitative reconstruction (SUV SPECT), the patient information, such as weight and height, and the study activity should be checked carefully.

Lors de la reconstruction quantitative (SUV SPECT), l'information du patient, telle que le poids et la taille, et l'activité de l'étude devraient être vérifiées soigneusement.



Motion correction should be performed only in cases where it is truly needed. It is recommended to compare reconstructed studies produced from the original acquisition study and the motion corrected acquisition study. Consideration should be given to repeating the scan in cases of severe patient motion.

La correction devrait seulement être effectuée dans les cas où c'est réellement nécessaire. Il est recommandé que les coupes reconstruites à partir de données corrigées pour le mouvement soient visualisées en parallèle avec les coupes reconstruites originales. Dans le cas d'un mouvement sévère du patient durant l'acquisition, la reprise du scan devrait être considérée.



The accuracy of quantification is dependent on several factors such as, but not limited to, camera resolution, type of collimator, the energy of the isotope, partial volume effect and size of the imaged target. The quantitative accuracy is higher with larger targets compared with smaller targets. It is important that the accuracy is evaluated based on conducted phantom measurements, to ensure the reliability of the quantified values

La précision de la quantification est dépendante de plusieurs facteurs tels que, mais non limités à, la résolution de la caméra, le type de collimateurs, l'énergie de l'isotope, l'effet de volume partiel et la taille de la cible imagée. La précision quantitative est plus élevée avec des cibles plus grandes en comparaison des cibles plus petites. Il est important que la précision soit évaluée en se basant sur des mesures effectuées sur un fantôme, afin de d'assurer la fiabilité des valeurs quantifiées.



Decay correct projections: \cdot This option is only available when string matching is enabled \cdot This option should be enabled when reconstructing quantitative SPECT reconstruction \cdot The option to save Motion corrected studies is only available when this is enabled

Projections corrigées pour la décroissance :

- Cette option est seulement disponible lorsque la correspondance est activée.
- Cette option devrait être activée lors de la reconstruction d'études SPECT quantitatives.

L'option pour sauvegarder les études corrigées pour le mouvement est seulement disponible lorsque ceci est activé.



Lors de la comparaison de plusieurs études pour le même patient, il est recommandé d'utiliser soit GPU, soit CPU pour la reconstruction de toutes les études. Les résultats quantitatifs utilisant GPU et CPU peuvent différer légèrement.

Lors de l'utilisation des études reconstruites dans des applications qui comparent à une base de données, telles que Cedars et 4DM pour la cardiologie et BRASS pour la neurologie, il est recommandé d'utiliser les paramètres de reconstruction qui sont le plus près possible de ceux utilisés pour reconstruire les études incluses dans les bases de données. Dans la plupart des cas, les bases de données ont été créées avec CPU.

Hybrid Recon 5.0 - Neurology

In order to obtain the most accurate and reproducible results when reconstructing studies which will be evaluated using the HybridViewer BRASS application for DATScan with the EARL database, the following guidance should be followed. The ENCDAT reconstruction protocol provided by Hermes Medical Solutions should be used. The uniform attenuation outlines should not be adjusted, as the slice range reconstructed is set automatically based on these outlines. This will ensure the results from BRASS are reproducible. The user defined slice limits are not used. The Uniform attenuation outlines should not be adjusted. The reconstructed images should not be aligned manually. The reconstructed images should not be aligned manually. The reconstructed images should not be zoomed. If a different reconstruction protocol is used and uniform attenuation correction is selected, the 'Automatic Reconstruction Limits' option should be ticked in the AC page of Reconstruction Parameters.



Hybrid Recon 5.0 - Neurology

De façon à obtenir les résultats les plus précis et reproductibles lors de la reconstruction des études qui seront évaluées en utilisant l'application HybridViewer BRASS pour les DATScan avec la base de données EARL, les recommandations suivantes devraient être suivies :

- Le protocole de reconstruction ENCDAT fournit par Hermes Medical Solutions devrait être utilisé. Les contours de l'atténuation uniforme ne devraient pas être ajustés, puisque l'étendue des coupes reconstruites est définie automatiquement en se basant sur ces contours. Ceci assurera que les résultats provenant de BRASS sont reproductibles. Les limites définies pas l'utilisateur ne sont pas utilisées.
- Les limites d'atténuation uniformes ne devraient pas être ajustées.
- Les images reconstruites ne devraient pas être alignées manuellement.
- Les images reconstruites ne devraient pas être zoomées.

Si un protocole de reconstruction différent est utilisé et qu'une correction d'atténuation uniforme est sélectionnée, l'option Automatic Reconstruction Limits devrait être cochée dans la page AC des paramètres de reconstruction.

Hybrid Recon 5.0 - Neurology



Rotations and zooming require interpolation, which reduces resolution. Thus rotations and zooming should be performed only when needed.

Hybrid Recon 5.0 - Neurology

Les rotations et le zoom requièrent une interpolation, ce qui réduit la résolution. Ces rotations et zoom devraient être effectués seulement lorsque c'est nécessaire.

4 ASSISTANCE

Contactez l'une des adresses ci-dessous pour obtenir le service, le support ou si vous avez toutes autres questions.

4.1 Coordonnées du fabriquant



Siège social Hermes Medical Solutions AB Strandbergsgatan 16 112 51 Stockholm SWEDEN Tél : +46 (0) 819 03 25 www.hermesmedical.com Adresse courriel générale : info@hermesmedical.com

Adresses courriel du support : support@hermesmedical.com support.ca@hermesmedical.com support.us@hermesmedical.com

4.2 Représentants

Représentants autorisés

Personne responsable au Royaume-Uni

Hermes Medical Solutions Ltd Cardinal House 46 St. Nicholas Street Ipswich, IP1 1TT England, United Kingdom

4.3 Filiales

Hermes Medical Solutions Ltd

York Suite, 7-8 Henrietta Street Covent Garden London WC2E 8PS UK Tél : +44 (0) 20 7839 2513

Hermes Medical Solutions Canada, Inc

1155, René-Lévesque O., Suite 2500 Montréal (QC) H3B 2K4 Canada Tél : +1 (877) 666-5675 Télécopieur : +1 (514) 288-1430

Représentant autorisé en Suisse

CH REP

CMI-experts Grellinger Str. 40 4052 Basel Switzerland

Hermes Medical Solutions, Inc

710 Cromwell Drive, Suite A Greenville, NC27858 USA Tél : +1 (866) 437-6372 Télécopieur : +1 (252) 355-4381

Hermes Medical Solutions Germany GmbH Robertstraße 4

48282 Emsdetten Deutschland Tél : +46 (0)819 03 25

5 ANNEXE 1 – CONTENU REQUIS POUR LA FORMATION DES UTILISATEURS

Démarrage

- Boîte à-propos et lien vers les instructions pour l'utilisation (IFU)
- Manuels de l'utilisateur

Interface de l'utilisateur

- Correction de mouvement
- Réalignement de l'étude lorsque applicable
- Correction d'atténuation (CT, Chang ou mumap synthétique)
- Appliquer un filtre
- Reprojection lorsque applicable
- Sauvegarder les résultats
- Lancer l'application de visualisation

Paramètres

- Paramètres du protocole
- Paramètres avancés
- SUV SPECT Calibration

Barre d'outils

- De base (Trianguler, défilement, rotation, fenêtrage)
- Captures d'écran

Variation de reconstruction

- Étude à plusieurs fenêtres d'énergie
- Étude double-isotope
- Avec ou sans correction d'atténuation
- CT INTERNAL vs EXTERNAL
- Étude à lits multiples
- Étude à plat ventre
- SUV SPECT

6 ANNEXE 2 - MESSAGES D'AVERTISSEMENTS DANS L'APPLICATION

Peuvent être des avertissements seulement ou une boîte de message avec l'option pour cliquer sur OK ou Abort

- Anatomical prior requires 256x256 acquisition matrix size for best possible performance. L'anatomie précédente requiert une taille de matrice d'acquisition de 256x256 pour la meilleure performance possible.
- Attenuation correction is not enabled or attenuation map is not available. La correction d'atténuation n'est pas activée ou la carte d'atténuation n'est pas disponible.
- Attenuation map is not available. La carte d'atténuation n'est pas disponible.
- Cannot normalize camera model name. Ne peut pas normaliser le nom du modèle de la caméra.
- Cannot open collimator and ct parameter file. Ne peut pas ouvrir le fichier du paramètre du collimateur et du CT.
- Cannot open isotope parameter file. Ne peut pas ouvrir le fichier du paramètre de l'isotope.
- Cannot organise Interfiles according to time. Ne peut pas organiser les fichiers Interfiles selon le temps.
- Down-scatter simulation does not support fan-beam collimation. La simulation du rétrodiffusé ne supporte pas la collimation en éventail.
- Dual isotopes with two half-lives require two or three energy windows. Les doubles isotopes avec deux demi-vies requièrent deux ou trois fenêtres d'énergie.
- Energy window info is not available or wrong. L'information sur la fenêtre d'énergie n'est pas disponible ou est fausse.
- Error in 128x128 to 256x256 resampling. Erreur dans le rééchantillonnage 128x128 vers 256x256.
- Error in allocating activity table. Erreur lors de l'attribution du tableau d'activité.
- Error in anterior projection determination. Erreur lors de la détermination de la projection antérieure.
- Error in determining projection angle in multi-bed study. Erreur lors de la détermination de l'angle de projection dans l'étude à lits multiples.
- Error in lateral projection determination. Erreur lors de la détermination de la projection latérale.
- Error in PSF energy settings. Erreur dans les paramètres d'énergie PSF.
- Error in reading image file. Erreur lors de la lecture du fichier d'image.
- Error in the starting angle. Erreur dans l'angle de départ.
- FBP is not allowed with GPU. Modify your reconstruction protocol. FBP n'est pas permis avec GPU. Modifier le protocole de reconstruction.
- Fold factor could not be found in MULTI_RES_FOLD_FACTOR. Le facteur Fold n'a pu être trouvé dans MULTI_RES_FOLD_FACTOR.
- Full collimator modelling is not supported. La modélisation du collimateur entier n'est pas supportée.
- Gated multi-isotope reconstruction is not allowed. La reconstruction synchronisée à isotopes multiples n'est pas permise.

- GPU reconstruction is not allowed with fan-beam collimator. La reconstruction GPU n'est pas permise avec un collimateur en éventail.
- Header and PSF energy window settings do not match. Les paramètres de la fenêtre d'énergie ne correspondent pas entre l'entête et PSF.
- Image position info is needed for knitting acquisition studies.
 L'information de la position de l'image est nécessaire pour les études d'acquisition liées.
- Image position information is missing. L'information sur la position de l'image est manquante.
- Isotope does not match acquisition energy window settings. L'isotope ne correspond pas aux paramètres de la fenêtre d'énergie de l'acquisition.
- Isotope does not match with number of acquisition energy windows. L'isotope ne correspond pas avec le nombre de fenêtre d'énergie de l'acquisition.
- Mismatch in rotation directions in whole body SPECT. Non correspondance dans les directions de rotation dans le SPECT de corps-entier.
- Necessary field missing in psf-header. Champ nécessaire manquant dans l'entête psf.
- Noisy study was created and saved to database. Étude de bruit a été créée et sauvegardées dans la base de données.
- Number of projection angles has to divisible with the number of subsets. Nombre d'angles de projection doit être divisible avec le nombre de sous-ensembles.
- Number of projections is not divisible by the number of detector heads. Nombre de projections n'est pas divisible par le nombre de tête de détecteur.
- Only 1-64 subsets are allowed. Seulement de 1-64 sous-ensembles sont permis.
- Radionuclide transmission scanning based mumap is no longer supported. Le mumap basé sur la mise en image d'un radionucléide de transmission n'est plus supporté.
- Radius of rotation info is not available. L'information sur le rayon de rotation n'est pas disponible.
- Reconstruction with full collimator model supports only 1 or 2 energy windows. La reconstruction avec le modèle du collimateur entier supporte seulement 1 ou 2 fenêtres d'énergie.
- Reconstruction with full collimator model with 2 energy windows is allowed only for dual I123/Tc99m reconstruction. La reconstruction avec le modèle du collimateur entier avec 2 fenêtres d'énergie est permise
 - seulement pour les reconstructions double isotope 1123/Tc99m.
- Scatter correction is not supported for acquisitions where energy windows have been summed.
 La correction pour le diffusé n'est pas supportée pour les acquisitions où les fenêtres d'énergies

La correction pour le diffusé n'est pas supportée pour les acquisitions où les fenêtres d'énergie ont été additionnées.

- Selected isotope and PSF isotope do not match. L'isotope sélectionné et l'isotope PSF ne correspondent pas.
- SPECT and CT frame of reference does not match. L'image de référence SPECT et CT ne correspondent pas.
- Uniform attenuation map is not supported. La carte d'atténuation uniforme n'est pas supportée.
- Unknown isotope-setting. Paramètre de l'isotope inconnu.
- Unknown reconstruction method.
 Méthode de reconstruction inconnue.
- Unknown slice orientation flag. Drapeau de l'orientation de la coupe inconnu.
- Unknown study type. *Type d'étude inconnu.*

- Unknown transformation type in 2D registration. Type de transformation inconnu dans la registration 2D.
- With byte-reverse sequence only 1, 2, 4, 8, 16, 32 or 64 subsets are allowed. Avec séquence byte inverse seulement 1, 2, 4, 8, 16, 32 ou 64 sous-ensembles sont permis.
- Acquisition with 720 degree extension of rotation is converted into a study with 360 degree extension. Dual head system is assumed. L'acquisition avec 720 degrés d'extension de rotation est convertie dans une étude de 360 degrés d'extension. Le système à deux têtes est assumé.
- Cannot do multi-bed dual isotope decay correction. Ne peut pas effectuer la correction de décroissance pour les doubles isotopes dans des lits multiples.
- Decay correction is not supported for this camera. La correction de décroissance n'est pas supportée pour cette caméra.
- Projections have not been decay corrected. To enable decay correction tick 1) Isotope string matching and 2) Decay correct projections buttons in the program parameters dialog

Les projections n'ont pas été corrigées pour la décroissance. Pour activer la correction pour la décroissance, cocher 1) la correspondance de l'isotope et 2) les boutons de correction pour la décroissance des projections dans la fenêtre des paramètres du programme.

- Empty projection(s) detected. This might lead to reconstruction failure. *Projection(s) vide(s) détectée(s). Ceci peut entraîner un échec de reconstruction.*
- Isotope was not correctly detected.
 L'isotope n'a pas été correctement détecté.
- Patient names or ids do not match in all studies. Les noms du patient ou les identifiants ne correspondent pas dans toutes les études.
- Projection maximum count is very low. This might lead to reconstruction failure. Le maximum de comptes dans la projection est très bas. Ceci peut entraîner un échec de reconstruction.
- Several SPECT acquisition studies have been loaded. If you want to sum these and continue press OK otherwise press Abort to abort. *Plusieurs études d'acquisition SPECT ont été chargées. Si vous désirez additionner ces études et continuer, appuyer sur OK, si non appuyer sur Abort pour abandonner.*
- Ventilation/perfusion string matching failed. La correspondance ventilation/perfusion a échouée.

Cardiology

- Decay correction is not supported for this camera. La correction pour la décroissance n'est pas supportée pour cette caméra.
- Patient names or ids do not match in all studies. Les noms du patient ou les identifiants ne correspondent pas dans toutes les études.
- Projection maximum count is very low. This might lead to reconstruction failure. Le maximum de comptes dans la projection est très bas. Ceci peut entraîner un échec de reconstruction.
- Stress/rest/delay string matching failed. La correspondance Stress/rest/delay a échouée.
- Stress/rest/delay/bloodpool string matching failed. La correspondance Stress/rest/delay/bloodpool a échouée.